



ELEKTROPRIJENOS BiH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-KZ-1923- 44/2022. god.

Datum: 24.01.2023. godine

PREDMET: Odgovor na pitanje za postupak javne nabavke JN-KZ-1923/2022 instrumenta za laboratoriju za ispitivanje ulja za potrebe „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka.

U daljem tekstu je pitanje ponuđača, zaprimljeno pod brojem: JN-KZ-1923-10/2022 dana 19.01.2023.godine i odgovor:

Pitanje :

Da li prihvatate opciju da integrisana staklena kulometrijska posuda bude volumena 100 ml? U tehničkoj specifikaciji pod brojem 1.2.b je tražen volume 200 ml.

Odgovor na pitanje :

U laboratoriji „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka razvijena je metoda određivanja sadržaja vode u mineralnom izolacionom ulju usklađena sa standardom IEC 60814 i koristi se više od 20 godina. Prema navedenoj metodi za ispitivanje serije uzoraka ulja se koristi 100 ml reagensa plus volumen uzoraka ulja koji se ispituju.

Navedena opcija da integrisana staklena kulometrijska posuda bude volumena 100 ml za Ugovorni organ nije prihvatljiva jer ne omogućava rad prema usvojenoj metodi.

Predsjednik Komisije za
JN-KZ-1923/2022


Amgijada Karišik

„Elektroprenos Bosne i Hercegovine“ a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 402369530009
IB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
UniCredit Bank a.d. B.Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Sberbank a.d. 5672411000000702
Nova Banka a.d. 5550070151342858
NLB Banka 1320102011989379