



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-KZ-661-~~14~~/2022. god.

Datum: 29.07.2022. godine

PREDMET: Odgovori na pitanja za postupak javne nabavke JN-KZ-661/2022 za nabavku instrumenata za laboratoriju za ispitivanje ulja za potrebe „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka.

U daljem tekstu su pitanja ponuđača, zaprimljena pod brojem: JN-KZ-661-13/2022 dana 26.07.2022., te odgovori:

Ovom prilikom zahtijevamo da omogućite učešće ostalim ponuđačima na ovom javnom natječaju. Naime, specifikacija je jasno sačinjena kako bi jedan određeni ponuđač/ proizvođač mogao zadovoljiti istu što je ozbiljno kršenje Zakona o javnim nabavkama. U nastavku predstavljamo specifiaciju koja je izrađena prema određenom proizvođaču:

Pitanje 1:

Mjerni opseg: -2000...+2000 mV - ovaj mjerni opseg upućuje na određenog proizvođača dok u konačnici za korisnika ne znači jer je potenciometrijska mjerenja moguće napraviti i dobiti rezultate i sa mjernim opsegom npr. -1000...+1000 mV; Dodatno, definisani opseg obuhvata znatno širi opseg od onoga koji uobičajeno koristite za aplikacije za određivanje ulja;

Pitanje 2:

Bireta zapremine 1 mL - za koju aplikaciju je potrebna ova zapremna birete? Da li je od interesa onda da imate i biretu zapremine 50 mL?

Pitanje 3

Obzirom da je ovakav software zahtijevan vašom specifikacijom, za koju aplikaciju su namijenjeni refraktometar, spektrofotometar, denzitometar u vašoj laboratoriji a koji će se vezati na software specificiran u tenderskoj dokumentaciji? Molimo obrazloženje za vaš zahtjev za mogućnost povezivanja na software koji se primjenjuje u farmaceutskoj industriji i za opremu u toj industriji- povezivanje denzitometra, refraktometra i spektrofotometra...? Molimo detaljan odgovor.

Pitanje 4:

Tačka specifikacije 1.g koja se tiče interface-a/ sučelja jasno ukazuje na jednog određenog proizvođača što je ozbiljno kršenje ZJN.

Pitanje 5:

Molimo da nam navedite tačnu aplikaciju za potenciometrijsku titraciju kao i specifikaciju elektrode za ovu namjenu;

Pitanje 6:

Na koji način će se vršiti bežični prijenos podataka na relaciji vaga - titrator?

„Elektroprenos Bosne i Hercegovine“ a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 402369530009
IB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
UniCredit Bank a.d. B.Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Sberbank a.d. 5672411000000702
Nova Banka a.d. 5550070151342858
NLB Banka 1320102011989379

Pitanje 7:

Koliko vaga mora biti udaljena od titratora jer laboratorije uglavnom imaju odvojene prostorije- vage sa regulacijom temperature i vlage a što zahtijevaju analitičke vage?

Pitanje 8:

Rok isporuke od šest (6) mjeseci ukazuje da je proizvodnja van Europe dok su na tržištu dostupni Evropski proizvođači sa rokovima isporuke do 30 dana, brzina isporuke zamjenske opreme u najkraćem roku, aplikacijska podrška 24 sata,...;

Pitanje 9:

Potrebno je da korigujete i zahtjeve za servis i odredite brzinu odziv na servis u roku od 8 sati i rješavanje problema u roku od 24 sata, sa obavezom da dobavljač mora imati i rezervne dijelove na stanju i dokazom da iste posjeduje u svom magacinu rezervnih dijelova.

Pitanje 10:

10. Referenc lista u BIH isporučene opreme dobavljača u zadnje tri godine za traženu opremu.

Odgovor na pitanje 1:

Istraživanjem tržišta smo došli do zaključka da ima više ponuđača sa istim mjernim opsegom.

Odgovor na pitanje 2:

Bireta od 1mL bi se koristila za pojedinačne uzorke koji zahtijevaju preciznije mjerenje sa malim utroškom titranta. Dozirna jedinica navedena u specifikaciji je tražena sa biretom od 10ml, uz mogućnost korištenja bireta volumena 1,5,10 i 20 ml. Nama nije potrebna bireta zapremine 50mL.

Odgovor na pitanje 3:

Zbog planiranja digitalizacije u laboratoriju i objedinjavanja i korištenja podataka o uzorcima transformatorskog ulja, a koji bi se ispitivali navedenim instrumentima kao što su npr. gustoća, broj čestica, struktura i sadržaj inhibitora oksidacije, itd. transformatorskog ulja biće nam potreban ovakav softwer.

Odgovor na pitanje 4:

Priključci iz tačke 1g su uobičajeni priključci i traženi su kako bi se omogućila nadogradnja instrumenta sa drugim uređajima.

Odgovor na pitanje 5:

U Laboratoriji Elektroprenosa BiH se koristi metoda IEC 62021-1 Izolacijske tekućine - Određivanje kiselosti - 1. dio: Automatska potenciometrijska titracija gdje možete naći informacije o navedenoj metodi.

Odgovor na pitanje 6:

Ponuđač treba ponuditi bežični prijenos podataka na relaciji vaga – titrator koji će omogućiti kvalitetan prijenos podataka.

Odgovor na pitanje 7:

Nema ograničenja što se tiče udaljenosti vage i titratora.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 501
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
UniCredit Bank a.d. B.Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Sberbank a.d. 5672411000000702
Nova Banka a.d. 5550070151342858
NLB Banka 1320102011989379

Odgovor na pitanje 8:

Ugovorni organ je dao rok isporuke od 6 mjeseci vođen dosadašnjim iskustvom nabavke robe i usluga u posljednje dvije godine otežanim zbog globalnih problema sa isporukom robe, zbog pandemije i zatvaranja granica, nestašice čipova, posljedicama rata u Ukrajini, itd... (Prilog 10 TD)

Odgovor na pitanje 9:

U prilogu 8. tačka 6 TD se navode zahtjevi za certifikovane servisere, od kojih je minimalno jedan sa područja BiH, samim tim se očekuje odziv serviseri i servis u najkraćem vremenskom roku po dogovoru krajnjeg korisnika i serviseri.

Odgovor na pitanje 10:

Ugovorni organ je specificirao traženo u tački 15.2 TD i u skladu je sa ZJN.

Zamjenik predsjednika Komisije za
JN-KZ-661/2022

Melita Kasumagić
Melita Kasumagić

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 501
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

IB: 402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa
UniCredit Bank a.d. B.Luka 5510010003400849
Raiffeisen Bank 1610450028020039
Sberbank a.d. 5672411000000702
Nova Banka a.d. 5550070151342858
NLB Banka 1320102011989379