



**PREDMET:** Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 12.03.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1020-7/2025, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1020/2025 u postupku javne nabavke Strujni pojačivač za ispitnu laboratoriju, dostavljen od strane privrednog subjekta ELNOS TRADE d.o.o. Banja Luka, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

*Da li je naruciocu prihvatljivo da se umesto traženih karakteristika, ponudi pojačavač bolje specifikacije, za izlazne struje do 160 A, a na osnovu preporuke proizvođača ZERA koja za takav pojačavač garantuje kompatibilnost sa postojećim sistemom ZERA MTS-320?*

*Stavka Električne karakteristike – izlaz struje*

*Umesto zahtevanih 500  $\mu$ A – 120 A, da li je naruciocu prihvatljivo 0...160 A?*

*Umesto zahtevanih strujnih opsega 120 A, 60 A, 30 A, 16 A, 8 A, 4 A, 1,6 A, 800 mA, 400 mA, 320 mA, 160 mA, 80 mA, 40 mA, 32 mA, 16 mA, 8 mA, 4 mA*

*Da li je naruciocu prihvatljivo 160 – 80 – 40 – 20 – 16 – 8 – 4 – 2 A – 1.6 – 0.8 – 0.4 – 0.32 A – 160 – 80 – 40 – 32 – 16 – 8 – 4 mA?*

*Umesto zahtevanog maksimalnog izlaznog napona po opsegu od 24 V pri 120 A; 48 V pri 60 A; 96 V pri 30 V do 4 mA*

*Da li je naruciocu prihvatljivo*

*14 V (>80 A... 160 A)*

*28 V (40 A... 80 A)*

*56 V (4 mA... <40 A)?*

*Umesto maksimalne izlazne snage: 2800 VA pri 50 – 60 Hz; >800 VA pri 15 – 49 Hz*

*Da li je naruciocu prihvatljivo max. 2000 VA @ 160 A, obzirom da po instrukcijama proizvođača ZERA samo ovakvu izlaznu snagu može da podrži postojeći sistem MTS-320?*

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

Postojeći sistem podržava ponuđene izlazne struje, strujne opsege, maksimalne izlazne napone pri navedenim strujnim opsezima i maksimalnu izlaznu snagu, a sve pod uslovom da je ponuđeni strujni pojačivač kompatibilan sa postojećim sistemom u koji se nakon nabavke mora integrisati.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za JN-OP-1020/2025